

CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de dotări medicale în cadrul investiției

**„REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT
SECUENI, COMUNA SECUENI, JUDETUL NEAMT”**

COMUNA SECUENI

JUDEȚUL NEAMȚ

- 2021 –

1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

COMUNA SECUIENI

sat Secuieni, comuna Secuieni, jud. Neamț

tel./fax: 0233 745 004

email: achizitii@primariasecuieni.ro

persoane de contact: Vasile IVANCEA – primar – 0730 116 396

Alexandru IANCU – consilier primar – 0754 600 285

Tip anunț: CUMPĂRARE DIRECTĂ

Tip contract: FURNIZARE

2. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE

2.1 Scopul contractului de achiziție

Scopul acestui contract îl reprezintă furnizarea de dotări medicale pentru implementarea cu succes a proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

2.2. Obiectul contractului este constituit de achiziția de dotări medicale în cadrul proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT”. Specificațiile tehnice ale dotărilor care fac obiectul contractului de achiziție publică sunt prezentate în Fișele tehnice anexate, conform centralizatoarelor de mai jos. Specificațiile tehnice sunt obligatorii.

Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI CABINET MEDICAL/CABINET CONSULTATII/ DOTARI KINETOTERAPIE

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

**Fisa tehnica nr.6 Canapea
examinare - 2 buc**

1	Parametrii tehnici si functionali Canapea examinare : -3 sectiuni- pt cap rabatabila si reglabila, sectiunea ot trunchi fixa, sectiunea pentru membre rabatabila si reglabila ; -cadru si picioare metalice ; blaturile acoperite cu burete de 3 cm si tapitate cu piele ecologica ; -dim 185x 62x60 cm ;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile men ionate în specifica ia tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferate. Neîndeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerin a impusă de specificatia tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI CABINET MEDICAL/CABINET CONSULTATII

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

**Fisa tehnica nr.8 Lampa de
examinare - 3 buc**

1	Parametrii tehnici si functionali Lampa de examinare : -pe stativ mobil , cu 5 roti , 2 cu frana -iluminare cu LED , lumina rece -brat flexibil - maner de directive ce rheostat pentru reglarea intensitatii luminoase		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate condițiile și caracteristicile menționate în specificația tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atașa obligatoriu cataloage, broșuri sau declarații ale producătorului din care să reiasă clar specificatiile oferite. Neîndeplinirea unei singure cerințe atrage de la sine excluderea din competiție.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerințele impuse de specificația tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului și pagina din catalog/ fișa tehnică/ broșura care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie să fie nou, din producția ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI CABINET MEDICAL/CABINET CONSULTATII

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.9

Stetoscop - 2 buc

1	Parametrii tehnici si functionali Stetoscop: -capsula din aluminium, membrane plata cu margine din latex - tup din PVC in "Y" cu arc , culoare neagra -analiza de frecventa 100 Hz~1500Hz max. 15,5 Dbla 300 Hz ; -dimensiuni: L 77 cm ; O 28mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate condițiile și caracteristicile menționate în specificația tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atașa obligatoriu cataloage, broșuri sau declarații ale producătorului din care să reiasă clar specificatiile oferite. Neîndeplinirea unei singure cerințe atrage de la sine excluderea din competiție.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerințele impuse de specificația tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului și pagina din catalog/ fisa tehnica/ broșura care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie să fie nou, din producția ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI CABINET MEDICAL/CABINET CONSULTATII

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.10**Tensiometru - 2 buc**

1	Parametrii tehnici si functionali Tensiometru : -diplay LCD mare , memorie 99 masuratori , recunoastere aritmie , semnale optice si acustice -manseta de brat circumferinta intre 22 si 32 cm -alimentare: 4 baterii -dimensiuni: 98x163x106 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile mentionate în specificația tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atașa obligatoriu cataloage, broșuri sau declarații ale producătorului din care să reiasă clar specificatiile oferite. Neîndeplinirea unei singure cerințe atrage de la sine excluderea din competiție.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerințele impuse de specificația tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului și pagina din catalog/ fisa tehnica/ broșura care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie să fie nou, din producția ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,**Proiectant,**
S.C. COMPASSARCH .SRL**Ofertant,**

Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile
Executant:
Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL
Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI,
COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"
Obiect: DOTARI CABINET CONSULTATII

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.11 Cantar mecanic cu taliometru			
1	Parametrii tehnici si functionali Cantar mecanic cu taliometru: -constructie solida din oțel -cadran afisare, cifre usor lizibile -unitati de masura in kg si lbs -unitati de masurare in cm -capacitate-159 kg, diviziuni 500 g - platforma cantar:270x320 mm - dimensiuni: 280x1085x665 mm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate condițiile si caracteristicile menționate în specificația tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atașa obligatoriu cataloage, broșuri sau declarații ale producătorului din care să reiasă clar specificatiile oferite. Neîndeplinirea unei singure cerințe atrage de la sine excluderea din competiție.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerințele impuse de specificația tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului și pagina din catalog/ fisa tehnica/ broșura care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie să fie nou, din producția ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI CABINET CONSULTATII

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.12**Paravan medical 4 sectiuni**

1	Parametrii tehnici si functionali Paravan medical 4 sectiuni : -structura inox, mobila -prevazut cu panze -dimensiuni: 2400x 450x 1800m		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile men ionate în specifica ia tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferate. Neîndeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerin a impusă de specificatia tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,**Proiectant,**
S.C. COMPASSARCH .SRL**Ofertant,**

Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile
Executant:
Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL
Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI,
COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"
Obiect: DOTARI CABINET CONSULTATII

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.13			
Paravan medical 3 sectiuni			
1	Parametrii tehnici si functionali Paravan medical 3 sectiuni : -structura inox, mobila -prevazut cu panze -dimensiuni: 1800x 450x 1800m		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile men ionate în specifica ia tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferate. Neindeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerin a impusă de specificatia tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI CABINET CONSULTATII

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.14**Trusa diagnostic oftalmologie**

1	Parametrii tehnici si functionali Trusa diagnostic oftalmologie -trusa fabricate din inox : Dotarea trusei este compusa din: - maner universal pentru baterii - cap otoscop iluminare cu bec de 2,7V - adaptor pentru test pneumatic - lupa - trei specule marimi 1,2,3 sterilizabile si un specul nazal - cap oftalmoscop iluminare cu bec de 2,7V - lentile de corectie de la 0 la +20 si de la 0 la -20 - tija cu iluminare bec 2,7V - doua oglinzi laringiene marimi 3 si 4 - suport pentru abeslanguri de unica folosinta		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate condițiile și caracteristicile menționate în specificația tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atașa obligatoriu cataloage, broșuri sau declarații ale producătorului din care să reiasă clar specificatiile oferite. Neîndeplinirea unei singure cerințe atrage de la sine excluderea din competiție.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerințele impuse de specificația tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului și pagina din catalog/ fișa tehnică/ broșura care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie să fie nou, din producția ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,**Proiectant,**
S.C. COMPASSARCH S.R.L.**Ofertant,**

Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI CABINET CONSULTATII **Formular F5**

Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.15

Trusa instrumentar chirurgie ORL

1	Parametrii tehnici si functionali Trusa instrumentar chirurgie ORL -trusa fabricate din inox: : Dotarea trusei este compusa din: 1 Perforator timpan. 1 buc. 2 Set 3 speculi auriculari, Hartmann. 1 buc. 3 Seringa spalaturi auriculare Guyon, 100cc. 1 buc. 4 Seringa spalaturi auriculare Guyon, 150 cc. 1 buc. 5 Polipotom auricular Krause. 1 buc. 6 Pensa auriculara Troeltsch, 1:2, 12 cm. 1 buc. 7 Pensa auriculara Hartmann, 12cm. 1 buc. 8 Pensa auriculara Hartmann, 14 cm. 1 buc. 9 Pensa auriculara Hartmann, 8,5 cm. 2 buc. 10 Pensa auriculara Lucae, 14 cm. 2 buc. 11 Pensa auriculara Yankauer, 15 cm. 1 buc. 12 Cateter auricular Woakes. 2 buc. 13 Cateter auricular Lucae. 3 buc. 14 Chiureta auriculara Barker. 2 buc. 15 Chiureta auriculara Gross. 3 buc. 16 Foarfeca Kelly, dreapta, 18 cm. 2 buc. 17 Foarfeca Kelly, curba, 18 cm. 2 buc. 18 Cutit drept Ballenger, 3 cm. 1 buc. 19 Spatula dubla Wheeler. 1 buc. 20 Spatula Axenfeld. 1 buc. 21 Tavita renala, 160 mm. 1 buc.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile men ionate în specifica ia tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosururi sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferite. Neindeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerin a impusă de specificatia tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile
Executant:
Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL
Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"
Obiect: DOTARI CABINET CONSULTATII

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.16

Trusa chirurgicala medicina de familie

1	Parametrii tehnici si functionali Trusa chirurgicala medicina de familie - Cutie instrumentar cu maner, 300x150x60: Dotarea trusei este compusa din: Pensa Halsted Mosquito 1:2 dr; 18,0cm. buc. 2 Pensa Halsted Mosquito 1:2 ;cb.12,5cm. buc. 1 Pensa Halsted Mosquito 1:2 dr;12,5cm. buc. 1 Foarfeca Lister 18,0cm. buc. 1 Sonda canelata 14,0cm. buc. 1 Sonda canelata 16,0cm. buc. 1 Port ac Mayo-Hegar 20,0cm. buc. 1 Port ac Mayo-Hegar 16,0cm. buc. 1 Departator Hook 3 v.a. 16,0cm. buc. 1 Departator Kocher 4 v.b. 22,0cm. buc. 1 Foarfeca ch. dr cu varf ascutit 14,0cm. buc. 2 Foarfeca ch. dr cu varf bont 14,0cm. buc. 1 Foarfeca ch. cu varf bont cb 14,0cm. buc. 1 Pensa anatomica Thumb 16,0cm. buc. 1 Pensa anatomica Thumb 20,0cm. buc. 1 Pensa scos fire 12,5cm. buc. 2 Pensa chirurgicala 16,0cm. buc. 2 Departator de gura Whitehead 13cm , buc. 1 Bisturiu monobloc, buc. 2 Maner bisturiu curb - buc. 1, lame -buc. 3 Maner bisturiu drept - buc. 1, lame -buc. 3 Apasator de limba, adulti Bruening, 19,0cm. buc. 1 Apasator de limba, copii 14,5cm. buc. 1 Bisturiu varf ascutit, buc. 2 Chiureta Volkmann, buc. 1 Ciocanel Doyen 21,0cm. buc. 1 Stilet butonat 14,0cm. buc. 2 Tavita renala 16 cm.buc. 1		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		

5	Alte conditii cu caracter tehnic		
---	----------------------------------	--	--

NOTA 1: Toate condițiile și caracteristicile menționate în specificația tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atașa obligatoriu cataloage, broșuri sau declarații ale producătorului din care să reiasă clar specificațiile oferite. Neîndeplinirea unei singure cerințe atrage de la sine excluderea din competiție.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerințele impuse de specificația tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului și pagina din catalog/ fișa tehnică/ broșura care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie să fie nou, din producția ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI CABINET CONSULTATII

Formular F5 Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.17

Trusa chirurgicala pt. pansamente

1	Parametrii tehnici si functionali Trusa chirurgicala pt. pansamente - Cutie instrumentar cu maner, 300x150x60: Dotarea trusei este compusa din: 1. Pensa Halsted Mosquito 1:2 dr.12,5cm. buc. 1 2. Pensa Halsted Mosquito 1:2 dr.18,0cm. buc. 1 3. Pensa Halsted Mosquito 1:2 cb.12,5cm. buc. 1 4. Pensa Halsted Mosquito cb. 18,0cm. buc. 1 5. Pensa pansamente Lister 12,5cm 6. Pensa pansamente Lister 18,0cm 7. Sonda canelata 16,0cm. buc. 2 8. Stilet butonat 12,5cm. buc. 2 9. Port ac Mayo-Hegar 16,0cm. buc. 1 10. Port ac Mayo-Hegar 20,0cm. buc. 1 11. Departator Hook 2 v.a. 16,0cm. buc. 2 12. Departator Kocher 4 v.b. 22,0cm. buc. 1 13. Departator Hook 3 v.a. 16,0cm. buc. 1 14. Cleste ciupitor os, 22,0cm, buc. 1 15. Chiureta dubla Volkmann 16,5cm. buc. 2 16. Tavita renala 200 mm. buc. 1 17. Tavita renala 250 mm. buc. 1 18. Foarfeca Lister 18,0cm. buc. 1 19. Foarfeca Smith 23,0cm. buc. 1 20. Cleste ortopedic. buc. 1 21. Foarfeca ch. dr; v.a14,0cm. buc. 2 22. Foarfeca ch. cb; v.b 14,0cm. buc. 1 23. Foarfeca ch. dr;v.b17,5cm. buc. 1 24. Foarfeca ch. cb;v.a 17,5cm. buc. 2 25. Bisturiu varf ascutit. buc. 2 26. Pensa anatomica Thumb 16,0cm. buc. 2 27. Pensa anatomica Thumb 20,0cm. buc. 2 28. Pensa chirurgicala 16,0cm. buc. 2 29. Pensa pansamente Lister 15,0cm. buc. 1 30. Foarfeca disectie cb. 11,5,0cm. buc. 1 31. Foarfeca incizie 13,0cm. buc. 2 32. Pensa scos fire 12,5cm. buc. 2 33. Pensa ptr. vase Carrel dr. 8,5cm. buc. 1 34. Pensa port-tampon Gross dr 20cm. buc. 1 35. Pensa port-tampon Gross cb 20cm. buc. 1 36. Maner bisturiu nr.3, buc. 1 37. Maner bisturiu nr.4, buc. 1 38. Lame bisturiu pt maner nr. 3, buc. 3 39. Lame bisturiu pt maner nr. 4, buc. 3		
---	--	--	--

2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile men ionate în specifica ia tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferate. Neîndeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerin ă impusă de specificatia tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI CABINET CONSULTATII

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.18**Masuta instrumentar**

1	Parametrii tehnici si functionali Masuta instrumentar - Confectionata din inox cu inaltimi variabile - Dotata cu tavita din inox ,detasabila - -mobila, cu 4 roti pivotante din plastic - Dimensiuni: 70x43x3 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate condițiile si caracteristicile menționate în specificația tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atașa obligatoriu cataloage, broșuri sau declarații ale producătorului din care să reiasă clar specificatiile oferite. Neîndeplinirea unei singure cerințe atrage de la sine excluderea din competiție.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerințele impuse de specificația tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului și pagina din catalog/ fisa tehnica/ broșura care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie să fie nou, din producția ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,**Proiectant,**
S.C. COMPASSARCH .SRL**Ofertant,**

Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI CABINET CONSULTATII

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.19

Masuta mobila pentru tratamente

1	Parametrii tehnici si functionali Masuta mobile pentru tratamente - Formata din cadru cu 2 blaturi din inox si un bol pentru pansamente - -mobila, cu 4 roti pivotante din plastic - Dimensiuni: 60x40x80 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile men ionate în specifica ia tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferate. Neîndeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerin a impusă de specificatia tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI CABINET CONSULTATII

Formular F5 Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.20

Trusa prin ajutor

1	Parametrii tehnici si functionali Trusa prin ajutor : - 1 buc patura izoterma - -1 buc foarfeca universal - -1 buc masca facial siliconica pt copii - -1 buc balon resuscitare autoclavabil cu masca facial - 1 buc deschizator gura - 1 buc pensa pentru prins limba - 1 buc tuburi pt conectare tuburi de oxygen - 10 buc pipe Guedel - 1 buc masca facial pt tub oxygen - 1 tub oxygen reincarcabil(0,5l) - 1 buc manometru si redactor de presiune - 1 buc stetoscop - 1 buc tensiometru - 1 buc laringoscop cu 3 lame - 1 buc pompa aspiratie manuala - 1 buc lantern medicala - 1 garou - 1 buc pensa magill - 1 buc termometru digital - 10 buc tampoane dezinfectante - 1 buc bandaj elastic - 10 buc bandaj tifon - 6 bandaje adezive sterile - 1 buc pulsometru de deget - -3 pachete de gheata instant - -5 buc borsete medicale capac transparent		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate condițiile și caracteristicile menționate în specificația tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atașa obligatoriu cataloage, broșuri sau declarații ale producătorului din care să reiasă clar specificațiile oferite. Neîndeplinirea unei singure cerințe atrage de la sine excluderea din competiție.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerințele impuse de specificația

tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului și pagina din catalog/ fișa tehnică/ broșura care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie să fie nou, din producția ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

S.C. COMPASSARCH .SRL



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI CABINET CONSULTATII

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.21**Stativ perfuzie din Al**

1	Parametrii tehnici si functionali Stativ perfuzie din Al : -mobil cu 5 roei -2 carlige din plastic, -inaltime regabila 158~248 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile mentionate în specificatia tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferite. Neîndeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerința impusă de specificatia

tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,**Proiectant,**
S.C. COMPASSARCH .SRL**Ofertant,**

Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile
Executant:
Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL
Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI,
COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"
Obiect: DOTARI CABINET CONSULTATII

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.22
Defibrilator Automat

1	Parametrii tehnici si functionali Defibrilator automat : -Formă de undă bifazică Domeniu terapeutic: 95J – 354J -Valoare nominala presetata din fabrica: Energie cu crestere variabila (VE): 200VE,300VE, 300VE -Administrare soc: la intervale de 10 secunde post RCP -Electrozi nepolarizați, pentru defibrilare, cu gel, auto-adezivi, pentru adulti și copii -Baterie cu litiu Intellisense cu capacitate de 500 de socuri la 150VE si 450de socuri la 200VE -Funcție de protecție – antișoc -Dimensiuni: 30cm x 23cm x 9cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate condițiile si caracteristicile menționate în specificația tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atașa obligatoriu cataloage, broșuri sau declarații ale producătorului din care să reiasă clar specificatiile oferite. Neîndeplinirea unei singure cerințe atrage de la sine excluderea din competiție.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerințele impuse de specificația

tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului și pagina din catalog/ fisa tehnică/ broșura care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie să fie nou, din producția ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI CABINET CONSULTATII

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.23

Pupinel

1	Parametrii tehnici si functionali Pupinel : -Din otel inoxidabil ne-coroziv -Distributie perfecta a caldurii -Economii semnificative de curent -Izolare ermetica a structurii interioare si a usii -Reglare automata 90 - 200°C -Rezistenta de 60W din otel inoxidabil		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile men ionate în specifica ia tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferate. Neîndeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerin a impusă de specificatia

tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI CABINET CONSULTATII

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.24 Frigider Vaccinuri			
1	Parametrii tehnici si functionali Frigider vaccinuri : -racire ventilate -volum 180 l -exterior metalic alb, interior ABS alimentar alb , -rafturi din sticla securizata -dimensiuni: 60x60x68 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile men ionate în specifica ia tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferate. Neîndeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerin a impusă de specificatia

tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI CABINET CONSULTATII

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.25**Scaun ginecologic electric :**

1	Parametrii tehnici si functionali Scaun ginecologic electric : - Structura cromata, -3 sectiuni, -suprafata captusita cu material plastic lavabil, -suport pentru picioare si un bol. Dimensiuni 180 x 55 x 80 cm.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile men ionate în specifica ia tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferate. Neîndeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerin a impusă de specificatia tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,**Proiectant,**
S.C. COMPASSARCH .SRL**Ofertant,**

Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI CABINET CONSULTATII

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.26**Scaun medical :**

1	Parametrii tehnici si functionali Scaun medical : - Structura din otel cromat. - Tapiterie din piele sintetica. - Dimensiuni:Ø-35 cm - Inaltimea reglabila de la 45cm la 65 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile men ionate în specifica ia tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferate. Neîndeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerin a impusă de specificatia

tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,**Proiectant,**
S.C. COMPASSARCH .SRL**Ofertant,**

Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI CABINET CONSULTATII

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.27

Masa suport aparatura :

1	Parametrii tehnici si functionali Masa suport aparatura : - -cadru metalic vospit electrostatic in alb sau argintiu - -2 blaturi metalice vopsite electrostatic in alb sau argintiu - -Mobila pe 4 roti pivotante din plastic - -Structura complet demontabila - -Dimensiuni :33 X 33 X 80 (inaltime) cm -		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate condiile si caracteristicile men ionate în specifica ia tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile ofertate. Neîndeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerin a impusă de specificatia

tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI CABINET CONSULTATII

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.28			
Masa pentru infasat si consult copii :			
1	Parametrii tehnici si functionali		
	Masa pentru infasat si consult copii : - Cadru din pal melaminat - Masa are dulap cu 2 usi si 1 sertar - Blatul superior prevazut cu saltea din burete gros de 3 cm - -tapiserie piele ecologica - Pereti din pal melaminat - -mobil cu 4 roti pivotante - -dimensiuni:75x65x100 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile men ionate în specifica ia tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferitate. Neîndeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerin a impusă de specificatia

tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI CABINET CONSULTATII

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.29			
Cantar cu taliometru electronic pentru bebelusi :			
1	Parametrii tehnici si functionali		
	Cantar cu taliometru electronic pentru bebelusi : - Display LCD - Unitate de masurare kg/lbs - Capacitate 20 kg - Dimensiuni : 600x800x135		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile men ionate în specifica ia tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile ofertate. Neîndeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerin a impusă de specificatia

tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

S.C. COMPASSARCH .SRL



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI CABINET CONSULTATII

Formular F5**Fisele tehnice pentru dotari**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.30**Trusa ginecologie :**

1	Parametrii tehnici si functionali Trusa ginecologie : - Cutie instrumentar cu maner 340x150x60 mm - Contine: - Pensa port-tampon Maier dr 25 cmi - Pensa port-tampon Maier cb 25 cmi - Valva vaginala Kristeller-mica - Valva vaginala Kristeller-medie - Valva vaginala Kristeller-mare - Set dilatatoare Hegar 14 buc.nr. 4-17 - Set dilatatoare Hegar 12 buc.nr. 3,5-14,5 - Histerometru gradat Sims 32 cm - Pensa pentru col uterin Pozzi 25 cm - Pensa uterina Museaux dr. 24 cm - Pensa uterina Museaux cb. 24 cm - Chiureta ginecologica Recamier nr. 3 - Chiureta ginecologica Recamier nr. 4 - Chiureta ginecologica Recamier nr. 5 - Chiureta ginecologica Recamier nr. 6 - Pensa resturi placentare Winter dr. 28 cm. - Pensa resturi placentare Winter cb. 28 cm		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile men ionate în specifica ia tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferate. Neîndeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerin a impusă de specificatia

tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,**Proiectant,****Ofertant,****S.C. COMPASSARCH .SRL**

Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI KINETOTERAPIE

Formular F5

Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.33

Pedaliere ortopedic pentru recuperare :

1	Parametrii tehnici si functionali Pedaliere ortopedic pentru recuperare : - Cadru din otel - Dozarea efortului depus din surubul de reglaj - Pedale de eplastic - Curele de plastic pe pedale		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile mentionate în specificatia tehnica, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferite. Neindeplinirea unei singure cerinte atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerințele impuse de specificatia

tehnica, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI KINETOTERAPIE

Formular F5**Fisele tehnice pentru dotari**

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.34**Helcometru pentru recuperare medicala :**

1	Parametrii tehnici si functionali Helcometru pentru recuperare medicala : - utilizat pentru mobilizarea membrelor superioare si inferioare - set greutate: 10 x 1 kg; - - inaltime 220 cm, cu posibilitatea ajustarii pozitiei scripetelui oriunde pe aceasta inaltime; - - fixare in perete pentru stabilitate si securitate sporita in timpul exercitiilor; - - dimensiuni: 20 x 33 x 220 cm - din otel		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate condițiile și caracteristicile menționate în specificația tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atașa obligatoriu cataloage, broșuri sau declarații ale producătorului din care să reiasă clar specificațiile oferite. Neîndeplinirea unei singure cerințe atrage de la sine excluderea din competiție.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerințele impuse de specificația

tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului și pagina din catalog/ fișa tehnică/ broșura care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie să fie nou, din producția ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,**Proiectant,****Ofertant,****S.C. COMPASSARCH .SRL**

Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI KINETOTERAPIE

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.35

Spalier :

1	Parametrii tehnici si functionali Spalier : - Lateralele spalierului sunt realizate din stratificat de stejar cu grosimea de 33 mm iar <u>barele ovale</u> cu diametrul de 40x30 mm, 17 bucati, din cherestea de stejar - Greutatea maxima a utilizatorului: 150 kg. -Dimensiune: 2,4x0,9 m.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate condițiile si caracteristicile menționate în specificația tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atașa obligatoriu cataloage, broșuri sau declarații ale producătorului din care să reiasă clar specificațiile oferite. Neîndeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competiție.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerințele impuse de specificația

tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului și pagina din catalog/ fișa tehnică/ broșura care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie să fie nou, din producția ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI KINETOTERAPIE

Formular F5

Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.36

Saltea :

1	Parametrii tehnici si functionali Saltea : - Saltea de gimnastica realizata din burete cu densitate mare, acoperita cu husa din fas impermeabil, detasabila si lavabila, cu fermoar. -Dimensiune: 200x100 cm. Grosime: 10 cm.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile mentionate în specificația tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferite. Neîndeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerințele impuse de specificatia

tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI KINETOTERAPIE

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.37

Placa canadiana :

1	Parametrii tehnici si functionali Placa canadiana : - panou prevazut pe perete prevazut cu 7 ajutoare pt a stimula activitaile casnice de zi cu zi: maner fereastră, manerul usii, rotativ de blocare, alunecare de clocare, commutator, prize electrice cu adaptor, spirala perete -Dimensiune: 39,5 x9x89 cm .		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate condițiile si caracteristicile menționate în specificația tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atașa obligatoriu cataloage, broșuri sau declarații ale producătorului din care să reiasă clar specificațiile oferite. Neîndeplinirea unei singure cerințe atrage de la sine excluderea din competiție.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerințele impuse de specificația

tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului și pagina din catalog/ fișa tehnică/ broșura care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie să fie nou, din producția ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,

Ofertant,

S.C. COMPASSARCH .SRL



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI KINETOTERAPIE

Formular F5

Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.38

Minge rezistenta la presiune :

1	Parametrii tehnici si functionali Minge rezistenta la presiune : - Material: PVC -Sistem antiexplozie (aerul este eliberat usor) -Diametru: 55 cm -Greutate maxima utilizator: 300 kg		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile men ionate în specifica ia tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferate. Neîndeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerin a impusă de specificatia

tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI KINETOTERAPIE

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.39

Banca gimnastica :

1	Parametrii tehnici si functionali Banca gimnastica : -realizata din elemente lamelare lacuite, cu grosimea de 33 mm. -prevazuta cu picioare metalice vopsite in camp electrostatic. -picioarele sunt dotate cu cauciuc pentru a nu aluneca pe suprafata. -dimensiuni: 2000 x 420 x 360 mm.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile men ionate în specifica ia tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferite. Neîndeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerin a impusă de specificatia

tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile

Executant:

Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL

Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI, COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"

Obiect: DOTARI KINETOTERAPIE

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.40

Paralele pentru exercitii :

1	Parametrii tehnici si functionali Paralele pentru exercitii : -realizata din elemente lamelare lacuite, cu grosimea de 33 mm. -prevazuta cu picioare metalice vopsite in camp electrostatic. -reglabile in inaltime si latime		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile men ionate în specifica ia tehnică, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferate. Neîndeplinirea unei singure cerite atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerin a impusă de specificatia

tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Beneficiar: Comuna Secuieni reprezentata prin primar Ivancea Vasile
Executant:
Proiectant: S.C.COMPASSARCH .SRL
Obiectivul: "REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL SAT SECUIENI,
COMUNA SECUIENI, JUDETUL NEAMT"
Obiect: DOTARI APARATURA

Formular F5
Fisele tehnice pentru dotari

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatii tehnice	Producatorul
0	1	2	3

Fisa tehnica nr.41

Ecograf portabil digital :

1	Parametrii tehnici si functionali Ecograf portabil digital : - Monitor VGA 10 inci, -doua porturi pentru sonde, sonde trifrecventa, -functii de Cine-loop-186 frames, -port USB 2.0, soft PC pentru preluare, prelucrare, stocare, arhivare si printare in format A4. - Tehnologie: Full digital, identificare automata a sondei -Format imagine: B, B+B, B+M, B+2M, M, 4B -Profunzime de scanare: 40mm-220 mm -Cine memory: 400 cadre -Memorie permanenta: 32 imagini -Functie zoom: 2 ferestre concomitent, in timp real si mod freeze, cu ajustare continua -Focusare electronica: 4 zone cu ajustarea segmentului de focalizare Masuratori: Distanta, arii, elipse, volume, rata cardiaca, EDD -Raporturi: General, obstetrical -Dimensiuni: 353 x 315 x 253 mm.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standard relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

NOTA 1: Toate conditiile si caracteristicile mentionate în specificatia tehnica, sunt obligatorii. Pentru conformitate se vor atasa obligatoriu cataloage, brosure sau declaratii ale producatorului din care sa reiasa clar specificatiile oferite. Neindeplinirea unei singure cerinte atrage de la sine excluderea din competitie.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea/neconformitatea cu cerinta impusa de specificatia

tehnica, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului si pagina din catalog/ fisa tehnica/ brosură care atestă cele declarate.

NOTA 3: Produsul trebuie sa fie nou, din productia ultimilor 3 ani calendaristici

Beneficiar,

Proiectant,
S.C. COMPASSARCH .SRL

Ofertant,



Toate cerințele din fișele tehnice sunt obligatorii.

3. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnică a ofertantului va include, fără a se limita la, următoarele:

- ☐ Se prezintă informațiile necesare în elaborarea propunerii tehnice astfel încât aceasta să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini. Propunerea tehnică va fi însoțită de o descriere tehnică a produsului oferat.
- ☐ Pentru toate produsele oferate, operatorii economici vor prezenta fișe tehnice în care vor menționa detaliat caracteristicile produselor oferate. Fișele tehnice vor fi însoțite de schițe semnate și ștampilate.
- ☐ Graficul de livrare și montaj propus.
- ☐ Condițiile contractuale însușite.

Ofertantul are obligația de a face dovada conformității propunerii tehnice cu cerințele prevăzute în documentația descriptivă/caietele de sarcini. În cazul în care se constată discrepanțe între oferta tehnică și cerințele caietului de sarcini, oferta va fi declarată neconformă.

4. Durata contractului

Durata contractului este de 1 lună, dintre care 3 săptămâni durata de procurare și 1 săptămână perioada de transport și montaj.

5. Condiții și termene de livrare

- ☐ Livrarea și montarea se vor face la sediul dispensarului din Comuna Secuieni, sat Secuieni, jud. Neamț
- ☐ transportul va fi asigurat de furnizor fără perceperea unor costuri suplimentare și se va desfășura în condiții de maximă siguranță, în conformitate cu normele în vigoare, fără a pune în pericol siguranța produselor.

6. Condiții de recepție și montare/instalare

Produsele vor fi livrate și montate la beneficiar (la obiectivul menționat), pe pozițiile indicate de beneficiar, astfel încât să fie funcționale conform specificațiilor caietului de sarcini, și se vor remedia posibilele deteriorări cauzate de montaj.

Recepția dotărilor care fac obiectul contractului de achiziție se va face în două etape, după cum urmează:

- a. Recepția cantitativă, în prezența reprezentanților ambelor părți, la livrarea fizică a dotărilor
- b. Recepția calitativă, în termen de maxim 7 zile de la montarea și punerea în funcțiune a dotărilor furnizate

La livrarea produselor, acestea vor fi însoțite obligatoriu de următoarele documente:

- a. Proces verbal la livrarea fizică în prezența furnizorului,
- b. Proces verbal de recepție/de punere în funcțiune,
- c. Aviz de însoțire a mărfii,
- d. Document de certificare a calității, în conformitate cu reglementările legale în vigoare (declarație de calitate/conformitate pentru bunurile achiziționate),
- e. Manualul de operare/utilizare (instrucțiuni de exploatare) și instrucțiuni de utilizare sau alte documente pentru mentenanța produselor, după caz,
- f. Certificat de garanție – ofertantul va furniza certificat de garanție pentru fiecare produs în parte.

7. Condiții de garanție, post garanție și suport

Condițiile de garanție și post garanție sunt prezentate în fișele tehnice aferente produselor. Ofertantul va prezenta garanțiile aferente produselor furnizate în condițiile detaliate ale perioadei de garanție oferite de producător.

Daca vreunul din produsele inspectate nu corespunde specificațiilor, Autoritatea Contractanta are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului, de a înlocui produsele refuzate, pe cheltuiala sa, în maxim 7 zile lucrătoare de la sesizare.

Perioada de garanție a produselor începe cu data punerii în funcțiune a produsului, respectiv data semnării procesului verbal de recepție.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție ori o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate cu mențiunea de „sau echivalent”.